

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym

Ul. Dworska 14

38-430 Miejsce Piastowe

Tel: 459 595 207

NIP: 684-2132-478, REGON: 370442381

SZ.5-5/2021

Miejsce Piastowe, 15.09.2021 r.

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym” – Część 2 Echokardiograf.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym informuje, iż wpłynęły pytania do Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1. Pkt 24

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o częstotliwości odświeżania 2070 fps? Jest to parametr dużo wyższy od wymaganego umożliwiający uzyskani lepszego obrazowania aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 2. Pkt 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o wadze 76 kg? Jest to aparat o zwartej konstrukcji, zwrotny i lekki w prowadzeniu podczas przewożenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3. Pkt 1-30

Prosimy o potwierdzenie, że opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi jakie musi spełniać oferowane urządzenie, oraz że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o minimalnych wymaganych oraz wyższych parametrach technicznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Parametry wymagane jako minimalne zostały jasno określone w zapisach SWZ. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o minimalnych wymaganych oraz wyższych parametrach technicznych.

Pytanie 4. Pkt 22

W związku z wymogiem dostarczenia tylko głowicy do badań kardiologicznych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga obrazowania z dwoma ogniskami na głowicy sektorowej w badaniu kardiologicznym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymaga obrazowania z dwoma ogniskami na głowicy sektorowej w badaniu kardiologicznym.

Pytanie 5. Pkt 25

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia z urządzeniem głowicy kardiologicznej do badań dorosłych z zakresem częstotliwości pracy 1.3-4.0 MHz oraz kątem obrazowania do 120 stopni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia z urządzeniem głowicy kardiologicznej do badań dorosłych z zakresem częstotliwości pracy 1.3-4.0 MHz oraz kątem obrazowania do 120 stopni.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Miejscu Piastowym
Małgorzata Szeliga

**SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Miejscu Piastowym
38-430 MIEJSCE PIASTOWE
ul. Dworska 14, tel. 13 43 530 17
NIP: 684-21-32-478 Regon: 370442381**